Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Breathing Bag

(en)

INDICATIONS FOR USE:
The breathing bag is a reservoir bag that is intended for use in a breathing circuit as a reservoir for breathing gas and/or to assist, control, or monitor a patient's ventilation.

WARNINGS:
1. Incorrect operation of this device can be hazardous.
2. Do not use in the presence of flammable materials and ensure that no sources of ignition are present while the device is in use. Fire hazards are possible in oxygen enriched environments.
3. Do not leave patients unattended when device is in use.

CAUTIONS:
1. US Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. To be used only by trained personnel.
3. Device to be used only after completion of a pre-use verification check.
4. Do not clean, soak, rinse or sterilize.
5. Single patient use. Reuse of this device may pose a risk of cross-contamination and the device may not perform as intended.
6. Keep away from sunlight/UV light/strong fluorescent light.
7. Dispose of according to facility protocol.
8. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
9. If this device contains any low levels of phthalates, it will be noted on the package labeling. Consideration should be used when treating children, or pregnant or nursing women.

SPECIFICATIONS: 1. Connection: 22mm Female

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



®Registered U.S. Trademark of Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Åndedrætspose

(da)

INDIKATIONER FOR BRUG:
Åndedrætsposen er en reservoirpose, der er beregnet til brug i et respirationssystem som en reservoir til indåndingsluft og/eller til at hjælpe, styre eller overvåge en patients ventilation.

ADVARSLER:
1. Ukorrekt anvendelse af denne anordning kan være farlig.
2. Brug ikke i nærheden af brændbare materialer, og se efter, at der ikke findes nogen antændelseskilder i nærheden, mens anordningen er i brug. Brandfare er mulig i iltberigede miljøer.
3. Patienten må ikke efterlades uden opsyn, mens anordningen er i brug.

FORHOLDSREGLER:
1. I henhold til amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af en læge eller efter en læges ordinering.
2. Må kun bruges af uddannet personale.
3. Anordningen må kun bruges efter gennemførelse af en bekræftelseskontrol før brug.
4. Må ikke rengøres, iblødlægges, skylles eller steriliseres.
5. Produktet er beregnet til engangsbrug. Genbrug af denne anordning vil medføre risiko for krydskontamination, og anordningen vil muligvis ikke fungere efter hensigten.
6. Hold væk fra sollys/ uv-lys/stærkt fluorescerende lys.
7. Bortskaffes i henhold til anlæggets protokol.
8. Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.
9. Hvis denne enhed indeholder lave niveauer af phthalater, vil det blive noteret på emballagen. Der bør tages hensyn ved behandling af børn, gravide eller ammende kvinder.

SPECIFIKATIONER: 1. Forbindelse: 22 mm (hun)

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Holland



®Registeret varemærke i USA tilhørende Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Ademhalingszak

(nl)

GEBRUIKSINDICATIES
De ademhalingszak is een reservoirzak die bedoeld is voor gebruik in een ademhalingscircuit als een reservoir voor het inademen van gas en/of voor het assisteren bij, het controleren of monitoren van de ventilatie van een patiënt.

WAARSCHUWINGEN:
1. Verkeerde bediening van dit apparaat kan gevaarlijk zijn.
2. Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen en ervoor zorgen dat er geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn als het apparaat in gebruik is. Brandgevaar doet zich mogelijk voor in met zuurstof verrijkte omgevingen.
3. Laat patiënten niet zonder toezicht als het apparaat in gebruik is.

VOORZORGSMAATREGELEN:
1. De Amerikaanse federale wet bepaald dat dit apparaat door of op voorschrift van een arts verkocht worden.
2. Gebruik alleen door geschoold personeel.
3. Apparaat mag alleen gebruikt worden na het afronden van een controle check vóór gebruik.
4. Niet reinigen, weken, afspoelen of steriliseren.
5. Te gebruiken bij één patiënt. Hergebruik van dit apparaat kan een risico op kruisbesmetting vormen en het apparaat functioneert wellicht niet zoals bedoeld.
6. Uit de buurt van zonlicht/UV-straling/sterk fluoriserend licht houden.
7. Gooi het product weg volgens het protocol van de installatie.
8. Elk ernstig incident dat zich voorgedaan heeft met betrekking tot het apparaat dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
9. Als dit apparaat een laag gehalte aan ftalaten bevat, wordt dit vermeld op het etiket van de verpakking. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van kinderen of zwangere of zogende vrouwen.

SPECIFICATIES 1. Aansluiting: 22mm vrouwelijk

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



®Geregistreerd in de VS. Handelsmerk van Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Ballon de ventilation

(fr)

INDICATIONS D'UTILISATION :
Le ballon de ventilation est un sac réservoir conçu pour être utilisé dans un circuit respiratoire comme réservoir pour le gaz respiratoire et/ou pour aider, contrôler ou surveiller la ventilation d'un patient.

AVERTISSEMENTS :
1. Une utilisation incorrecte de ce dispositif peut s'avérer dangereuse.
2. Ne pas utiliser en présence de matériaux inflammables et s'assurer qu'aucune source d'inflammation n'est présente lorsque le dispositif est en cours d'utilisation. Les risques d'incendie sont possibles dans des environnements enrichis en oxygène.
3. Ne pas laisser les patients sans surveillance lorsque le dispositif est en cours d'utilisation.

ATTENTION:
1. En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
2. Ne doit être utilisé que pardu personnel qualifié.
3. Dispositif à utiliser seulement après avoir effectué le contrôle de vérification préalable à l'utilisation.
4. Ne pas nettoyer, faire tremper, rincer ni stériliser.
5. Usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut poser un risque de contamination croisé et le dispositif peut ne pas se comporter comme prévu
6. À conserver loin de la lumière/des UV/d'un fort éclairage fluorescent.
7. Éliminer selon le protocole en vigueur dans l'établissement.
8. Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.
9. Si cet appareil contient de faibles niveaux de phtalates, cela sera indiqué sur l'étiquette de l'emballage. Il faut faire preuve de prudence lors du traitement d'enfants ou de femmes enceintes ou allaitantes.

SPÉCIFICATIONS : 1. Raccord : 22 mm Femelle

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Pays-Bas



®Marque déposée aux États-Unis de Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Atembeutel

(de)

INDIKATIONEN:
Der Atembeutel ist ein Reservoirbeutel, die für die Verwendung in einem Atemkreislauf als Reservoir für Atemgas vorgesehen ist und / oder die Steuerung oder Atemtätigkeit eines Patienten überwacht.

WARNHINWEISE:
1. Die falsche Bedienung dieses Gerätes kann gefährlich sein.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien und stellen Sie sicher, dass keine Zündquellen vorhanden sind, während das Gerät in Gebrauch ist. Brandgefahren sind in mit Sauerstoff angereicherten Umgebungen möglich.
3. Lassen Sie keine Patienten unbeaufsichtigt, wenn Gerät in Betrieb ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN:
1. Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur durch oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.
2. Es darf nur von geschultem Personal verwendet werden.
3. Das Gerät darf erst nach Beendigung einer Verifikationsprüfung vor der Verwendung eingesetzt werden.
4. Nicht reinigen, einweichen, spülen oder sterilisieren.
5. Einzelpatientengebrauch. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann eine Gefahr von Kreuzkontami nationen darstellen und das Gerät wird möglicherweise nicht wie vorgesehen arbeiten.
6. Vom Sonnenlicht / UV-Licht / stark fluoreszierenden Licht fernhalten.
7. Entsorgen Sie das Produkt gemäß dem Betriebsprotokoll.
8. Alle schwerwiegenden Vorfälle in Zusammenhang mit dem Gerät müssen dem Hersteller und den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem die Benutzer bzw. Patienten wohnhaft sind.
9. Wenn dieses Gerät geringe Mengen an Phthalaten enthält, wird dies auf dem Verpackungsetikett vermerkt. Bei der Behandlung von Kindern sowie schwangeren oder stillenden Frauen ist Vorsicht geboten.

TECHNISCHE DATEN: 1. Anschluss: 22 mm Innengewinde

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Niederlande



®Eingetragenes Warenzeichen der US Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Αναπνευστικός σάκος

(el)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Ο αναπνευστικός σάκος είναι ένας σάκος δεξαμενής που προορίζεται για χρήση σε ένα κύκλωμα αναπνοής ως δεξαμενή για αναπνευστικό αέριο ή/και για την υποβοήθηση, τον έλεγχο ή την παρακολούθηση του αερισμού ενός ασθενούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Η λανθασμένη λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να είναι επικίνδυνη.
2. Μην τη χρησιμοποιείτε παρουσία εύφλεκτων υλικών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κατά τη χρήση της συσκευής. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο.
3. Μην αφήνετε τους ασθενείς χωρίς επίβλεψη όταν η συσκευή είναι σε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού.
2. Να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση ενός ελέγχου επαλήθευσης πριν από τη χρήση.
4. Μην καθαρίζετε, βυθίζετε σε υγρά, ξεπλένετε ή αποστειρώνετε τη συσκευή.
5. Για χρήση μόνο από έναν ασθενή. Η επαναληπτική χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης και η συσκευή μπορεί να μην έχει την προοριζόμενη απόδοση.
6. Κρατήστε την μακριά από το φως του ήλιου/το υπεριώδες φως/το έντονο φως από λάμπες φθορισμού.
7. Απορρίψτε σύμφωνα με το πρωτόκολλο εγκατάστασης.
8. Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
9. Εάν αυτή η συσκευή περιέχει χαμηλά επίπεδα φθαλικών ενώσεων, θα σημειωθεί στην ετικέτα της συσκευασίας. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία παιδιών ή εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Σύνδεση: 22mm θηλυκό

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



®Καταχωρημένο εμπορικό σήμα των ΗΠΑ της Mercury Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Sacco per la respirazione

(it)

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO
Il sacco per la respirazione è un reservoir utilizzato in un circuito per la respirazione come serbatoio per la somministrazione del gas e/o per l'assistenza, il controllo e il monitoraggio della ventilazione del paziente.

AVVERTENZE:
1. L'utilizzo non corretto del presente dispositivo può risultare pericoloso.
2. Non utilizzare in presenza di materiali infiammabili e assicurarsi che non siano presenti sorgnti d'ignizione durante l'utilizzo dei dispositivi. Vi è la possibilità di rischi d'incendio in ambienti pieni di ossigeno.
3. Non lasciare i pazienti da soli quando il dispositivo è utilizzato.

ATTENZIONE:
1. Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medica.
2. Deve essere utilizzato solo da personale formato.
3. Il dispositivo deve essere utilizzato solo dopo aver completato un test di verifica prima dell'uso.
4. Non pulire, mettere a mollo, sciacquare o sterilizzare.
5. Utilizzare per un singolo paziente. Il riutilizzo del presente dispositivo può comportare il rischio di contaminazioni crociate; inoltre, il dispositivo potrebbe non funzionare come dovuto.
6. Tenere lontano da luce solare/raggi ultravioletti (UV), luce fluorescente debole/forte.
7. Smaltire secondo il protocollo dell'impianto.
8. Eventuali incidenti gravi che si verificano in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente sono residenti.
9. Se questo dispositivo contiene bassi livelli di ftalati, sarà annotato sull'etichettatura della confezione. Si deve prestare attenzione quando si trattano bambini o donne incinte o che allattano.

SCHEDA TECNICA: 1. Connettore: femmina, da 22mm

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Paesi Bassi



®Marchio registrato in U.S.A. da Mercuri Enterprises, Inc.

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

呼吸バッグ

(ja)

使用上の注意：
呼吸バッグは、呼吸ガスのために、および患者の換気の補助、管理、監視のために、容器として呼吸回路で使用する目的の貯蔵バッグです。

警告:
1. 本デバイスを誤って操作すると危険が及ぶおそれがあります。
2. 可燃物のあるところでは使用せず、デバイス使用時には発火源がないよう徹底してください。酸素が豊富な環境では、火災の危険が伴います。
3. デバイスの使用中は患者から目を離さないでください。

注意：
1. 米国連邦法では、医師による、または医師の指示での本デバイスの販売は禁じられています。
2. 訓練を受けた人による使用向けです。
3. デバイスは、使用前に換気点検を完了した上で使用してください。
4. 洗浄、浸漬、すすぎ、殺菌はしないでください。
5. 複数の患者に使用しないでください。本デバイスを再利用すると、相互汚染の危険が生じるおそれがあります。また、デバイスが意図通りに作動しなくなる場合があります。
6. 日光/紫外線/強い蛍光灯の明かりには近づけないでください。
7. 施設のプロトコルに従って廃棄してください。
8. デバイスに関連して生じた深刻な事象については、メーカー、およびユーザーや患者が現在居住する加盟国の所轄官庁に報告してください。
9. このデバイスに低レベルのフタル酸エステルが含まれている場合は、パッケージのラベルに記載されています。 子供、妊娠中または授乳中の女性を治療する場合は、考慮する必要があります。

仕様：1. 接続：22mm メス

CE 2862
EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



®Mercury Enterprises, Inc. の米国登録商標

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Respirasjonspose

(no)

RETNINGSLINJER FOR BRUK:
Respirasjonsposen er en beholderpose som er tiltenkt for bruk i en respirasjonskrets som en beholder for respirasjonsgass og/eller for å assistere, kontrollere eller overvåke en pasients ventilasjon.

ADVARSLER:
1. Feil bruk av denne enheten kan føre til fare.
2. Må ikke brukes i nærheten av brennbare materialer, og ingen antennelseskilder skal være i nærheten når enheten er i bruk. Brannfare kan forekomme i oksygenrike omgivelser.
3. Ikke la pasienten være uten tilsyn når enheten er i bruk.

FORHOLDSREGLER:
1. Føderal lov i USA begrenser salg av dette utstyret til en lege eller etter ordre fra en lege.
2. Skal kun brukes av opplært personell.
3. Før man bruker enheten, må man alltid utføre en kontrollsjekk.
4. Skal ikke vaskes, bløtlegges, skylles eller steriliseres.
5. Skal kun brukes med én pasient. Gjenbruk av denne enheten kan medføre en risiko for krysskontaminering, og enheten vil kanskje ikke fungere som tiltenkt.
6. Enheten skal skjermes for sollys/UV-lys/sterke lysstoffrør.
7. Avhendes i henhold til virksomhetens rutiner.
8. Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten bør rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.
9. Hvis denne enheten inneholder lave nivåer av ftalater, vil det bli angitt på pakningen. Hensyn bør tas ved behandling av barn, gravide eller ammende kvinner.

SPESIFIKASJONER: 1. Tilkobling: 22 mm hunn

CE 2862

EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland



®Registrert varemerke i USA for Mercury Enterprises, Inc.

12/2023 #83-900-0238 Rev. 4

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Saco de respiração

(pt)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
O saco de respiração é um reservatório que se usa num circuito respiratório como reserva para gás respiratório e/ou para assistir, controlar ou monitorar a ventilação do paciente.

ADVERTÊNCIAS:
1. A operação incorreta deste dispositivo pode ser perigosa.
2. Não usar junto a materiais inflamáveis e assegure-se que não haja presença de fontes de ignição enquanto o dispositivo estiver em uso. Há perigo de incêndio, em ambientes ricos em oxigênio.
3. Não deixe o paciente desatendido, enquanto o dispositivo estiver sendo usado.

PRECAUÇÕES:
1. A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo somente para ou a pedido de um médico.
2. Para ser usado somente por pessoal treinado.
3. Dispositivo para ser usado somente após a realização da verificação anterior ao uso.
4. Não limpar, molhar, lavar ou esterilizar.
5. Uso para somente um paciente. A reutilização deste dispositivo pode causar risco de contaminação cruzada e o dispositivo pode não apresentar o desempenho desejado.
6. Manter longe da luz solar, luz UV, forte luz fluorescente.
7. Descarte de acordo com o protocolo da instalação.
8. Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.
9. Se este dispositivo contiver níveis baixos de ftalatos, isso será indicado no rótulo da embalagem. Deve-se ter cautela ao tratar crianças, mulheres grávidas ou lactantes.

ESPECIFICAÇÕES: 1. Ligação: 22 mm fêmea

CE 2862

EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Holanda



®Marca registrada nos EUA por Mercury Enterprises, Inc.

12/2023 #83-900-0238 Rev. 4

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Andningspåse

(sv)

BRUKSANVISNING:
Andningspåsen är en resevoarpåse som är avsedd för att användas i en andningskrets, som en resevoar för inandning av gas och/eller för att hjälpa, kontrollera, eller övervaka en patients andning.

VARNINGAR:
1. Felaktig användning kan vara livsfarligt.
2. Använd inte i närheten av brandfarligt material och försäkra att inga lättantändliga källor finns i närheten när apparaten är igång. Syreanrikade miljöer är brandfarliga.
3. Lämna inte patienterna ensamma när apparaten är igång.

FÖRSIKTIGHET:
1. Enligt USA:s Federala Lag får den här apparaten endast säljas på ordination av en läkare.
2. Ska endast användas av utbildad personal.
3. Apparaten får endast användas efter en avslutad kontroll gjorts.
4. Får inte rengöras, blötläggas, sköljas eller steriliseras.
5. Endast för personligt bruk. Återanvändning av den här apparaten kan utgöra en risk för korskontaminering och apparaten uppfyller inte sitt syfte.
6. Håll borta från solljus/UV-ljus/starkt fluorescerande ljus.
7. Använd enligt lokalt protokoll.
8. Allvarliga incidenter i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten vistas.
9. Om denna enhet innehåller låga halter av ftalater, kommer det att anges på förpackningens märkning. Hänsyn bör tas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor.

SPECIFIKATIONER 1. Anslutning: 22 mm hona

CE 2862

EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederländerna



®USA Registrerat Varumärke Mercury Enterprises, Inc

12/2023 #83-900-0238 Rev. 4

Mercury Medical
Superior Solutions
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

Bolsa de respiración

(es)

INDICACIONES DE USO:
La bolsa de respiración es una bolsa reservorio destinada para utilizarse en un circuito respiratorio como reservorio de gas respirable o para asistir, controlar o monitorear la ventilación de un paciente.

ADVERTENCIAS:
1. El uso incorrecto de este dispositivo puede ser peligroso.
2. No lo utilice en presencia de materiales inflamables y asegúrese de que no haya fuentes de ignición mientras el aparato esté en uso. Los riesgos de incendio son posibles en entornos enriquecidos con oxígeno.
3. No deje a los pacientes desatendidos cuando el dispositivo esté en uso.

PRECAUCIONES:
1. La Ley Federal de los EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
2. Solo debe utilizarlo personal capacitado.
3. Solo se debe utilizar este dispositivo después de completar un control de verificación previo al uso.
4. No limpiar, remojar, enjuagar ni esterilizar.
5. Uso en un solo paciente. La reutilización de este dispositivo puede suponer un riesgo de contaminación cruzada, y el dispositivo puede no funcionar según lo previsto.
6. Mantener alejado de la luz solar/luz ultravioleta/luz fluorescente intensa.
7. Deséchelo de acuerdo con el protocolo de la instalación.
8. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o paciente.
9. Si este dispositivo contiene niveles bajos de ftalatos, se indicará en la etiqueta del paquete. Se debe tener consideración al tratar a niños, mujeres embarazadas o lactantes.

ESPECIFICACIONES: 1. Conexión: 22 mm hembra

CE 2862

EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Bajos



®Marca registrada en EE.UU. de Mercury Enterprises, Inc.

12/2023 #83-900-0238 Rev. 4